

#4219 EMTRAC A

Катетър за ембриотрансфер
#4219 Emtrac A

STERILE R

0120

Важна информация за продукта. Да се прочете внимателно преди употреба.

За еднократна употреба - изхвърлете след употреба.

Повторната употреба може да доведе до инфекции, предавани по полов път

Внимание: федералните закони (на САЩ) ограничават продажбите на устройството и то може да се продава само от или по нареъждане на лекар.

Стерилност: стерилно до повреждане или отваряне на опаковката

Предназначение:

Въвеждане на ембриони в маточната кухина .

Противопоказания:

Да не се използва при наличие на маточна инфекция.
Да не се използва при или скоро след възпаление на женските тазови органи.

Да не се използва за интрафалопиеви процедури.



Предупреждения:

Устройството не е стерилно, ако опаковката е повредена или отворена. Да се изхвърли незабавно.

Предпазни мерки:

Благодарение на своята гъвкавост и малък диаметър, Emtrac A може да бъде въведен в матката при минимална опасност от перфориране на маточната стена. Въпреки това, преди въвеждане внимателно трябва дълбочината на матката както и да се провери за евентуално наличие на антефлексия или ретрофлексия при отделните пациенти (За предпочитане това трябва да се направи по време на предишен преглед, а не в деня на изкуствена инсеминация, когато дразненето на матката трябва да бъде сведено до минимум).

При никакви обстоятелства да не се използва сила, ако се усети съпротивление.

Ако преминаването на Emtrac - A през шийката на матката не се осъществява лесно, да не се използва сила и да се провери за наличие на патологична цервикална стеноза.

Emtrac A да се използва само от медицински специалисти.

Нежелани реакции:

Не са докладвани нежелани реакции, свързани с употребата на Emtrac A. Въпреки това, както при всеки инструмент, който преминава през вътрешния отвор на шийката на матката, са възможни леки спазми. Указанията за употреба да се спазват винаги,, като се вземат под внимание противопоказанията, предупрежденията и предпазни мерки.

Произведено от:



Gynetics Medical Products N.V.
Rembert Dodoensstraat 51
3920 Lommel, Belgium

Как се предлага:

Продуктов номер: #4219 Emtrac A.

Опаковка :

5 кутии с 25 индивидуално опаковани, стерилни катетри за еднократна употреба.

Начин на употреба:

1. Пациентът трябва да е полулегнал по гръб. Разкрийте маточната шийка с помощта на вагинален спекулум.
2. Поставете позиционера според предварителното измерване..
3. Заредете ембриона/ите в катетър #4219 Emtrac A като следвате своя стандартен протокол.
4. След като предварително сте определили дълбочината и посоката на маточната кухина на пациента, внимателно придвижете катетъра напред през външния отвор на шийката на матката през цервикалния канал в маточната кухина, докато усетите съпротивление. Дисталният връх на катетъра трябва да бъде на дългото на матката. Сега приберете катетъра около 1,0 см, като следвате водачите. Внимателно завъртете катетъра, за да премахнете излишната слуз от върха.

Забележка: в случай на затруднение при поставянето или огъването на катетъра, внимателно завъртете катетъра, като в същото време го приближавате към шийката на матката. При неправилна анатомична позиция на матката, на шийката на матката да се опъне внимателно с помощта на тенакулум, за да се постигне пълно проникване. В никакъв случай да не се използва сила за въвеждане на устройството, за да се преодолее съпротивлението.

1. Бавно освободете ембрионите в матката.
2. След пълното освобождаване на ембрионите, бавно изтеглете катетъра от матката и го изхвърлете. Отстранете спекулума и оставете пациента да си почине.
3. След отстраняване на катетъра от пациента, огледайте #4219 Emtrac A, за да се уверите, че ембрионите са освободени.
4. Да се изхвърли след употреба.

#4219 EMTRAC A
 Embryo overførsels-kateter
 #4219 Emtrac A



0120

STERILE **R**

Vigtig information. Læs grundigt før brug.

Engangsbrug – kassér efter brug.

Genbrug kan medføre smitte af seksuelle overførte sygdomme.

Advarsel: I henhold til amerikansk lovgivning må salg eller anvendelse af instrumentet kun foretages af en læge eller på lægeordination.

Steril, medmindre indpakningen er ødelagt eller åben.

Produktets formål:

Indføring af embryoer ind i livmoderhulen.

Kontraindikationer:

Brug ikke i tilfælde af infektion i livmoderhansen.

Brug ikke i tilfælde af, eller fornylig overstået underlivsbetændelse.

Må ikke anvendes til intratubulære procedurer.



Advarsler:

Ikke steril hvis indpakningen er åben – kassér øjeblikkeligt.

Forbehold:

I kraft af fleksibilitet og lille diameter, kan #4219 Emtrac A indføres i livmoderen med minimal fare for perforation af livmodervæggen. Dog bør det sikres, før dens indføring, at fastslå dybden af livmoderen og enhver antefleksion eller retrofleksion der måtte være hos individuelle patienter. (Dette gøres fortinsvis under en tidligere undersøgelse og ikke på dagen for inseminering, da forstyrrelse af livmoderen bør minimeres).

Skulle der opstå der 'digital' modstand, må Instrumentet under ingen omstændigheder bruges.

Hvis passagen af #4219 Emtrac A igennem livmoderhansen ikke viser sig at være let brugbar, bør instrumentet ikke tvinges igennem, og man bør betragte muligheden for tilstede værelsen af patologisk cervical stenose.

Emtrac A bør kun anvendes af personale uddannet i sundhedssektoren.

Bivirkninger:

Der er ikke rapporteret nogen bivirkninger forbundet med brugen af #4219 Emtrac A. Dog, som med ethvert instrument, der passerer gennem indre cervix, kan milde kramper forekomme. Under alle omstændigheder skal Anvisning for brug følges – hvor der tages højde for Kontraindikationer, Advarsler og Forbehold.

Producent:

 Gynetics Medical Products N.V.,
 Rembert Dodoensstraat 51
 3920 Lommel, Belgien

Levering:

Produktnummer: #4219 Emtrac A.

Indhold:

Fem æsker med 25 individuelle, sterilt indpakke, engangs-instrumenter.

Anvisning for brug:

1. Med patienten i den dorsale lithotomi-stilling, eksponér livmoderhelsen ved brug af et vaginalt speculum.
2. Indstil positionerne som målt tidligere.
3. Put embryo(erne) ind i #4219 Emtrac A ifølge jeres standardprocedure.
4. Efter allerede at have bestemt livmoderens dybde og retning, indfør forsigtigt styrekateret ind i den ydre cervix og føre det igennem livmoderhelsen og ind livmoderhulen indtil der mærkes modstand. Den distale spids af katetret bør derefter berøre fundus. Træk kateteret ca. 1 cm ved at følge anvisningerne. Drej forsigtigt kateteret for at fjerne overskydende slim fra spidsen.

Bemærk: Hvis der opstår problemer med indføring eller bøjning af katetret, rotér kateteret samtidig med at den føres tæt på livmoderhansen. Hvis livmoderen er væsentligt skæv, anteriort eller posteriort, kan der trækkes blidt livmoderhansen med et tenaculum for at opnå fuld indføring. Skulle der opstå modstand under indsættelsen, må indføringen under ingen omstændigheder gennemvinges.

5. Indsæt langsomt embryoerne livmoderen.
6. Når indsættelsen af embryoerne er fuldført, skal kateteret langsomt trækkes ud af livmoderen og kasseres. Fjern speculum og lad patienten hvile.
7. Når kateteret er ude af patienten, skal #4219 Emtrac A undersøges grundigt for at fastslå, at embryoerne er indsæt.
8. Kassér efter brug.

#4219 EMTRAC A
Embröo siirdamise kateeter
#4219 Emtrac A



STERILE R

0120

Ouline tooteinfo - lugege hoolikalt enne kasutamist

Ühekordseks kasutamiseks – peale kasutamist visake ära

Taaskasutamine võib põhjustada seksuaalsel teel levivaid infektsioone

Hoitus:(USA) föderaalseadustega on lubatud seda vahendit müüa ainult arstil või arsti korralduseil
Steriilne: kui pakend ei ole rikutud või avatud

Näidustused:

Embrööte sisestamine emakaõonde.

Vastunäidustused:

Ärge kasutage emakakaela infektsiooni puhul.

Ärge kasutage, kui esineb või on hiljuti esinenud vaagna põletikulisi haigusi.

Ärge kasutage munajuhasisesteks protseduurideks.



Hoitused:

Kui pakend on rikutud või avatud, ei ole vahend steriilne ja tuleb viivitamatult ära visata.

Ettevaatusabinõud:

Tänu #4219 Emtrac A paindlikkusele ja väikesele diameetrile on seda võimalik emakasse sisestada emakaseina perforatsiooni minimaalse ohuga. Siiski tuleks hoolitseda, et enne selle sisestamist oleks kindlaks määratud emaka sügavus ja mis tahes emaka antefleksiooni või retrofleksiooni esinemine igal patsiendil individuaalselt. (Soovitav on teostada see eelneva läbivaatuse ajal, mitte kunstliku viljastamise päeval, sest siis peaks emaka häirimine olema minimaalne).

Mitte mingil juhul ei tohi vahendit kasutada jõuga, kui digitaalselt on tunda vastupanu.

Kui #4219 Emtrac A läbipääs emakakaela kanalist ei ole kergesti saavutatav, ei tohi selleks kasutada jõudu ja tuleks kaaluda patoloogilise emakakaela stenoosi olemasolu võimalust.

Emtrac A võivad kasutada ainult tervishoiutöötajad

Kõrvaltoimed:

#4219 Emtrac A kasutamisega seotud kõrvaltoimetest ei ole teatatud. Siiski, nagu mis tahes vahendiga emakakaela sisemise suudme läbimisel, võib eeldada kergeid valulikke kontraktsoone. Iga juhul tuleb järgida kasutusjuhendit võttes arvesse vastunäidustusi, hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.



Tootja:

Gynetics Medical Products N.V.,
Rembert Dodoensstraat 51
3920 Lommel, Belgia

Tarnimine:
Toote number: #4219 Emtrac A

Pakend:

5 karpi, milles on 25 steriilset, eraldi pakitud, ühekordseks kasutamiseks mõeldud vahendit.

Kasutusjuhend:

1. Teostage patsiendi emakakaela läbivaatus vaginalse speekulumiga dorsaalses litotoomia asendis.
2. Vastavalt eelnevale mõõtmisele pange paigale positsioneerija.
3. Koguge embröo(d) kateetrisse #4219 Emtrac A järgides standardjuhist.
4. Olles eelnevalt kindlaks määranud patsiendi emaka sügavuse ja suuna, viige kateeter õrnalt emakakaela välismisse suudmesse ja liikuge läbi emakakaela kanali emaka öönde, kuni on tunda takistust. Kateetri distaalne ots peaks siis asuma emaka funduses. Nüüd tömmake kateetrit umbes 1,0 cm tagasi järgides juhendeid. Roteerige õrnalt kateetrit, et eemaldada liigset lima selle tipus.

Märkus: Kui tekib mingeid raskusi sisestamisel või kateeter paindub, roteerige kateetrit õrnalt emakakaela läbimise ajal. Kui emakas on oluliselt anterooroselt või posteriooroselt painundud, võib täieliku sisestamise saavutamiseks emakakaela õrnalt dilateerida tenaculum'iga. Kui esineb takistust, ei tohi mitte mingil juhul sisestamiseks kasutada jõudu.

5. Vabastage embröod aeglasedt emakasse.
6. Peale embrööte täielikku väljastamist eemaldage kateeter aeglasedt emakast ja visake ära. Eemaldage speekulum ja lubage patsiendil puhata.
7. Kui kateeter #4219 Emtrac A on patsiendilt eemaldatud, kontrollige seda, et veenduda embröö väljumises.
8. Peale kasutamist visake ära

#4219 EMTRAC A
Embryo Transfer Catheter
#4219 Emtrac A



0120

STERILE **R**

Important product information, read carefully before use

Disposable – discard after single use

Re-use may cause sexually transmitted infections

Caution: federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Sterile: unless pouch is damaged or opened

Indications for Use:

Introduction of embryos into the uterine cavity.

Contraindications:

Do not use in the presence of cervical infection.

Do not use in the presence or after recent Pelvic Inflammatory disease.

Do not use for intrafallopian procedures.



Warnings:

Not sterile if pouch is damaged or opened, discard immediately.

Precautions:

By virtue of its flexibility and small diameter, the #4219 Emtrac A can be introduced into the uterus with minimal danger of uterine wall perforation. However, care should be taken, prior to its insertion, to ascertain the depth of the uterus and any uterine anteflexion or retroflexion present in individual patients. (This is preferably done during a previous examination and not on the day of the artificial insemination when disturbance of the uterus should be minimized).

In no case should the device be forced against digitally felt resistance.

If passage of the #4219 Emtrac A through the cervical canal is not found to be easily achievable, the device should not be forced and the possibility of the presence of pathologic cervical stenosis considered.

The Emtrac A should be used by healthcare professionals only

Adverse reactions:

No adverse reactions associated with the use of the #4219 Emtrac A have been reported. However, as with any instrument, which passes through the internal cervical os, mild cramping may be expected. In every case the direction for use should be followed; taking note of contraindications, warnings and precautions.



Manufactured by:
Gynetics Medical Products N.V.
Rembert Dodoensstraat 51
3920 Lommel, Belgium

How supplied:

Product number: #4219 Emtrac A.

Packaged:

5 boxes of 25 individually sterile packed, disposable devices.

Directions for use:

1. With the patient in the dorsal lithotomy position expose the uterine cervix to view with a vaginal speculum.
2. Set the positioner as previously measured.
3. Load the embryo(s) into the #4219 Emtrac A following your standard protocol.
4. Having previously determined the depth and direction of the patient's uterus, gently advance the catheter into the external cervical os and advance it through the cervical canal into the uterine cavity until resistance is felt. The distal tip of the catheter should then be at the uterine fundus. Now retract the catheter approximately 1.0 cm by following the guides. Gently rotate the catheter to remove any excess mucus from the tip.

Note: If any difficulty with insertion or bending of the catheter occurs, gently rotate the catheter while advancing it close to the cervix. If the uterus is significantly flexed anteriorly or posteriorly, gentle traction on the cervix with a tenaculum may be required to accomplish full insertion. In no case should force be used against resistance to achieve insertion.

5. Slowly release the embryos into the uterus.
6. Following the complete expulsion of the embryos, slowly withdraw the catheter from the uterus and discard it. Remove the speculum and allow the patient to rest.
7. Once the catheter is removed from the patient, inspect the #4219 Emtrac A to verify embryo release.
8. Discard after use.

#4219 EMTRAC A

Catéter de transferencia embrionaria.
#4219 Emtrac A



0120

Información importante del producto, leer detenidamente antes de usar.

Desechable – desechar después de un solo uso.
Reutilizarlo puede causar infecciones de transmisión sexual.

Atención: la legislación federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a la prescripción de un médico.

Estéril: a menos que el envase esté dañado o abierto.

Indicaciones de uso:

Introducción de embriones en la cavidad uterina.

Contraindicaciones:

No usar en presencia de infección cervical.

No usar en presencia o después de una reciente enfermedad pélvica inflamatoria.

No usar para procedimientos en el interior de las trompas de Falopio.

**Advertencias:**

Si el envase está dañado o abierto, deseche el producto inmediatamente.

Precauciones:

Gracias a su flexibilidad y pequeño diámetro, el #4219 Emtrac A puede introducirse en el útero con un riesgo mínimo de perforación de la pared uterina. Sin embargo, antes de su inserción, es necesario determinar la profundidad del útero y cualquier anteflexión o retroflexión uterina presente en cada paciente. (Esto debe hacerse preferiblemente durante un examen previo y no el día de la inseminación artificial cuando la perturbación del útero debe reducirse al mínimo).

En ningún caso debe迫使 la utilización del dispositivo si se detecta manualmente resistencia durante su uso.

Si no se consigue fácilmente el tránsito del #4219 Emtrac A a través del canal cervical, su utilización no debe realizarse de forma forzada debiendo considerarse la posible presencia de una patología de estenosis cervical.

El Emtrac A sólo debe ser utilizado por profesionales sanitarios.

Reacciones adversas:

No se observaron reacciones adversas asociadas con el uso del #4219 Emtrac A. Sin embargo, como ocurre con cualquier instrumento que pasa por el orificio cervical interno, pueden producirse calambres leves. En cada caso deben seguirse las instrucciones de uso, teniendo en cuenta las contraindicaciones, advertencias y precauciones.

**Fabricado por:**

Gynetics Medical Products N.V.
Rembert Dodoensstraat 51
3920 Lommel, Belgium

Presentación:

Referencia del producto: #4219 Emtrac A.

Envasado:

5 cajas de 25 unidades en envase estéril individual, dispositivos desechables.

Modo de empleo:

1. Con la paciente en posición de litotomía dorsal, exponer el cuello uterino a la vista mediante un espéculo vaginal.
2. Ajustar el posicionador a la medida tomada previamente.
3. Introducir el embrión en el #4219 Emtrac A siguiendo el protocolo estándar.
4. Tras haber determinado previamente la profundidad y la dirección del útero de la paciente, hacer avanzar suavemente el catéter por el orificio cervical externo y a través del canal cervical hacia la cavidad uterina hasta detectar resistencia. La punta distal del catéter debe quedar en el fondo uterino. A continuación, retraer el catéter aproximadamente 1,0 cm siguiendo las guías. Girar suavemente el catéter para quitar cualquier exceso de mucosidad de la punta.

Nota: Si se produce cualquier dificultad con la inserción o flexión del catéter, gire suavemente el catéter mientras se aproxima al cuello uterino. Si el útero se flexiona significativamente, anterior o posteriormente, puede ser necesario realizar una suave tracción sobre el cuello del útero con un tenáculo para lograr la inserción completa. En ningún caso se debe usar la fuerza contra la resistencia para lograr la inserción.

5. Liberar lentamente los embriones en el útero.
6. Despues de la expulsión completa de los embriones, retirar lentamente el catéter del útero y desecharlo. Retirar el espéculo y permitir el descanso de la paciente.
7. Una vez que se retire el catéter de la paciente, inspeccionar el #4219 Emtrac A para comprobar la liberación del embrión.
8. Desechar después de su uso.

#4219 EMTRAC A

Cathéter de transfert d'embryon



STERILE R

0120

Informations produit importantes, lire attentivement avant usage

Jetable – jeter après usage unique**La réutilisation peut causer des infections sexuellement transmissibles**

Avertissement : La loi fédérale (Etats-Unis) limite cet instrument à la vente par ou sur ordonnance d'un médecin

Stérile : sauf si la poche est endommagée ou ouverte

Instructions d'utilisation :

Introduction d'embryons dans la cavité utérine.

Contre-indications :

Ne pas utiliser en présence d'une infection cervicale.

Ne pas utiliser en présence ou après une maladie pelvienne inflammatoire récente.

Ne pas utiliser pour les procédures intratubaires.

**Avertissements :**

Non stérile si la poche est endommagée ou ouverte, jeter immédiatement.

Précautions :

Grâce à sa flexibilité et à son diamètre réduit, le #4219 Emtrac A peut être introduit dans l'utérus avec un danger minimal de perforation de la paroi utérine. Toutefois, il faut prendre le plus grand soin avant son insertion pour vérifier la profondeur de l'utérus et toute antéflexion ou rétroflexion utérine présente chez les patientes individuelles (Ceci est fait de préférence pendant un examen préalable et non pas le jour de l'insémination artificielle quand les troubles de l'utérus devraient être minimisés).

L'instrument ne doit en aucun cas être forcé si une résistance digitale est ressentie.

S'il se trouve que le passage du #4219 Emtrac A par le canal cervical n'est pas facilement réalisable, l'instrument ne devrait pas être forcé et la possibilité d'une présence de sténose cervicale pathologique devrait être considérée.

L'Emtrac A ne devrait être utilisé que par des professionnels de la santé

Effets indésirables :

Aucun effet indésirable associé avec l'usage du #4219 Emtrac A n'a été rapporté. Toutefois, comme avec n'importe quel instrument qui passe par l'orifice cervical interne, on peut s'attendre à une légère contraction. Dans chaque cas, l'instruction d'utilisation devrait être suivie ; prendre note des contre-indications, avertissements et précautions.

Fabriqué par :

Gynétics Medical Products N.V.
Rembert Dodoensstraat 51
3920 Lommel, Belgique



Délivré sous: Numéro du produit : #4219 Emtrac A.

Emballage :

5 boîtes de 25 instruments jetables emballés individuellement et stériles.

Instructions d'utilisation :

1. La patiente étant en position gynécologique dorsale, exposer le col de l'utérus pour le visualiser avec un spéculum vaginal.
2. Fixer le positionneur comme mesuré précédemment.
3. Charger le ou les embryons dans le #4219 Emtrac A suivant votre protocole standard.
4. Après avoir déterminé la profondeur et la direction de l'utérus de la patiente, guider doucement le cathéter dans l'orifice cervical externe et l'avancer par le canal cervical dans la cavité utérine jusqu'à ressentir une résistance. La pointe distale du cathéter devrait être alors au fond de l'utérus. Rétracter maintenant le cathéter d'environ 1,0 cm en suivant les guides. Tourner doucement le cathéter pour ôter tout excès de mucus de la pointe.

Remarque : En cas de difficulté quelconque avec l'insertion ou la courbure du cathéter, tourner doucement le cathéter en l'avancant près du col de l'utérus. Si l'utérus est fléchi de manière significative antérieurement ou postérieurement, une légère traction sur le col de l'utérus avec un tenaculum peut être nécessaire pour accomplir une insertion complète. Il ne faut jamais forcer contre la résistance pour atteindre l'insertion.

5. Libérer lentement les embryons dans l'utérus.
6. Suite à l'expulsion complète des embryons, retirer lentement le cathéter de l'utérus et le jeter. Retirer le spéculum et laisser la patiente se reposer.
7. Une fois le cathéter retiré de la patiente, inspecter le #4219 Emtrac A pour vérifier la libération embryonnaire.
8. Jeter après usage.

#4219 EMTRAC A
Καθετήρας εμβρυομεταφοράς
#4219 Emtrac A



Σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση.

Μιας χρήσης-απορρίψτε μετά από τη χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση της συσκευής από γιατρό ή κατόπιν εντολής γιατρού.

Το προϊόν είναι αποστειρωμένο, εκτός αν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή καταστραφεί.

Ενδείξεις: εισαγωγή των εμβρύων στη μητρική κοιλότητα

Αντενδείξεις: Μην χρησιμοποιείτε αν υπάρχει τραχηλική λοιμωξη. Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια ή μετά από πρόσφατη πυελική φλεγμονώδη πάθηση. Μην χρησιμοποιείτε για ενδοσαλπιγγικές διαδικασίες.



Προειδοποίησης: το προϊόν δεν θεωρείται αποστειρωμένο, αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή ανοιγμένη. Απορρίψτε αμέσως.

Προφυλάξεις: Χάρη στην ευκαμψία του και τη μικρή διάμετρο, ο #4219 Emtrac A μπορεί να εισαχθεί στη μήτρα με ελάχιστο κίνδυνο για διάτρηση του τοιχώματός της. Όμως, πριν την εισαγωγή του πρέπει να εξακριβώθει με προσοχή το βάθος της μήτρας και οποιαδήποτε πρόσθια ή οπίσθια κάμψη υπάρχει στην κάθε ασθενή. (Αυτό είναι προτιμότερο να γίνει σε ένα προηγούμενο έλεγχο και όχι την ημέρα της τεχνητής γονιμοποίησης, κατά την οποία θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις στη μήτρα).

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η συσκευή να χρησιμοποιείται εναντία σε ψηφιακά αισθητή αντίσταση. Αν η είσοδος του #4219 Emtrac A μέσω του τραχηλικού καναλιού δεν είναι εύκολη, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί βίαια και πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης παθολογικής στένωσης του τραχήλου.

Ο Emtrac A θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες υγείας.

Παρενέργειες: Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του #4219 Emtrac A. Όμως, όπως κάθε συσκευή που περνάει από το εσωτερικό τραχηλικό στόμιο, μπορεί να επέλθουν ήπιες κράμπες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

Κατασκευάζεται από την εταιρεία:
Gynetics Medical Products N.V.,
Rembert Dodoensstraat 51,
3920 Lommel, Belgium

Διατίθεται ως: Αριθμός προϊόντος: #4219 Emtrac A

Συσκευασία: 5 κουτιά των 25 αποστειρωμένων, απομικά συσκευασμένων συσκευών μιας χρήσης.

Οδηγίες χρήσης:

1. Με την ασθενή σε θέση λιθοτομίας εξετάζετε τον τράχηλο με τη βοήθεια ενός μητροσκοπίου.
2. Ρυθμίστε τη θέση όπως υπολογίστηκε προηγουμένων.
3. Φορτώστε τα έμβρυα στον #4219 Emtrac A ακολουθώντας το σύνηθες πρωτόκολλο.
4. Έχοντας προηγουμένως υπολογίσει το βάθος και την κατεύθυνση της μήτρας, εισάγετε τον καθετήρα ομαλά στο εξωτερικό τραχηλικό στόμιο και τον πρωθείτε μέσω του τραχηλικού καναλιού στη μητρική κοιλότητα μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Τότε το άκρο του καθετήρα θα πρέπει να βρίσκεται στο βυθό της μήτρας. Αποσύρετε τον καθετήρα περίπου 1 cm ακολουθώντας τα οδηγά σημεία. Περιστρέψτε ήπια τον καθετήρα για να απομακρυνθεί περίσσεια βλέννας από το τραχηλικό στόμιο.

Προσοχή: Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσκολία με την είσοδο ή το λύγισμα του καθετήρα, τον περιστρέφετε ομαλά καθώς τον πρωθείτε κοντά στον τράχηλο. Αν η μήτρα έχει μεγάλη πρόσθια ή οπίσθια κλίση, μπορεί να χρειαστεί ελαφρύ τράβηγμα του τραχήλου με λαβίδα ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης είσοδος.

5. Ελευθερώνετε αργά τα έμβρυα στη μήτρα.
6. Μετά την πλήρη αποβολή των εμβρύων, αποσύρετε αργά τον καθετήρα από τη μήτρα και απορρίψτε. Απομακρύνετε το μητροσκόπιο και αφήστε την ασθενή να χαλαρώσει.
7. Όταν ο καθετήρας έχει απομακρυνθεί από την ασθενή, τον ελέγχετε για να βεβαιωθείτε για την απομάκρυνση των εμβρύων.
8. Απορρίψτε μετά από τη χρήση.

#4219 EMTRAC A

Catetere per il trasferimento di embrioni



Importanti informazioni sul prodotto, leggere attentamente prima dell'uso

Monouso - gettare dopo ogni singolo uso

Il riutilizzo può causare infezioni a trasmissione sessuale

Attenzione: in base alle leggi federali degli Stati Uniti, questo dispositivo può essere venduto solo a un medico o su prescrizione di un medico.

Sterile: purché la busta non sia danneggiata o aperta

Indicazioni per l'uso:

Introduzione di embrioni nella cavità uterina.

Controindicazioni:

Non usare in presenza di infezione cervicale.

Non utilizzare in presenza o dopo una recente malattia infiammatoria pelvica.

Non utilizzare per procedure intra Falloppio.

**Avvertenze:**

Se la confezione è danneggiata o aperta non è sterile, scartare immediatamente.

Precauzioni:

La flessibilità e il diametro ridotto di #4219 Emtrac A ne consentono l'inserimento nell'utero con minimo rischio di perforazione della parete uterina. Tuttavia prima dell'inserimento, accettare la profondità dell'utero delle singole pazienti, nonché l'eventuale presenza di utero antiflesso o retroflesso (tali accertamenti devono essere eseguiti mediante esami preliminari, da non effettuarsi il giorno stesso dell'inseminazione artificiale nel quale le sollecitazioni per l'utero dovrebbero essere ridotte al minimo).

Non forzare mai il dispositivo contro una resistenza percepita a livello digitale.

Qualora si rilevino difficoltà nel passaggio di #4219 Emtrac A attraverso il canale cervicale, non forzare il dispositivo e valutare l'eventuale presenza di stenosi cervicale patologica.

Emtrac A deve essere utilizzato esclusivamente da professionisti del settore sanitario

Reazioni avverse:

Non sono state segnalate reazioni avverse associate all'uso di #4219 Emtrac A. Tuttavia è possibile prevedere una leggera contrazione spastica come per qualsiasi strumento che attraversi l'osso cervicale interno. In ogni caso attenersi alle istruzioni per l'uso e tenere in considerazione controindicazioni, avvertenze e precauzioni.

**Prodotto da:**

Gynetics Medical Products N.V.,
Rembert Dodoensstraat 51,
3920 Lommel, Belgio

Per la fornitura: Codice prodotto: #4219 Emtrac A.

Confezione:

5 scatole da 25 confezioni singole di dispositivi sterili monouso.

Istruzioni per l'uso:

1. Far adagiare la paziente in posizione litotomica dorsale ed esporre la cervice uterina per la visualizzazione per mezzo di speculum vaginale.
2. Impostare il posizionatore come misurato in precedenza.
3. Inserire l'embrione o gli embrioni nel #4219 Emtrac A seguendo il protocollo standard in uso.
4. Una volta determinate la profondità e la direzione dell'utero della paziente, far avanzare delicatamente il catetere nell'osso cervicale esterno e dirigerlo attraverso il canale cervicale nella cavità uterina, fino a percepire resistenza. La punta distale del catetere deve trovarsi al fondo uterino. Ritirare il catetere di circa 1,0 centimetri seguendo le guide. Ruotare delicatamente il catetere per rimuovere il muco in eccesso dalla punta.

Nota: in caso di difficoltà di inserimento o per un'eventuale piegatura del catetere, ruotare quest'ultimo delicatamente mentre lo si fa avanzare in prossimità della cervice. In caso di utero notevolmente flesso, anteriormente o posteriormente, per ottenere l'inserimento completo potrebbe essere necessaria una trazione delicata sulla cervice con un tenacolo. In caso di resistenza, non forzare l'inserimento.

5. Rilasciare lentamente gli embrioni all'interno dell'utero.
6. Successivamente alla completa espulsione degli embrioni, ritirare lentamente il catetere dall'utero e provvedere allo smaltimento. Rimuovere lo speculum e lasciar riposare la paziente.
7. Dopo l'estrazione dalla paziente, ispezionare il dispositivo #4219 Emtrac A per verificare il rilascio dell'embrione.
8. Smaltire dopo l'uso.

#4219 EMTRAC A
Embryo Transfer Catheter
#4219 Emtrac A



0120

Belangrijke informatie, lees zorgvuldig voor gebruik.

**Wegwerpartikel – Wegwerpen na eenmalig gebruik.
Hergebruik kan seksueel overdraagbare infecties veroorzaken.**

Opgelet: dit product mag volgens de federale (USA) wet enkel besteld of verkocht worden aan artsen.

Steriel: Dit product is steriel, tenzij de pouch beschadigd of geopend is.

Gebruikersindicatie:

Introductie van embryo's in de baarmoederholte

Contra-indicaties:

Niet gebruiken indien er een cervicale infectie aanwezig is.
Niet gebruiken ingeval van Pelvic Inflammatory

Disease(PID) of indien deze recent aanwezig is geweest.
Niet geschikt voor intrafallopian transfer procedures.



Waarschuwing:

Dit product is niet langer steriel indien de pouch beschadigd of geopend is. Werp onmiddellijk weg.

Voorzorgsmaatregelen:

Door de flexibiliteit en de kleine diameter van de #4219 Emtrac A, kan deze met een minimaal gevaar voor perforatie van de baarmoederwand in de baarmoeder gebracht worden.

Desondanks dient bij elke individuele patiënt de diepte en de eventuele antroversie/retroversie van de baarmoeder vastgesteld te worden vooraleer het instrument in te brengen. (Bij voorkeur worden deze vaststellingen gedaan tijdens een eerder onderzoek, dus niet op dezelfde dag als de artificiële inseminatie, aangezien verstoring van de baarmoeder dan geminimaliseerd dient te worden).

Het product mag in geen geval worden geforceerd als de vingers weerstand voelen.

Als doorgang van de Emtrac A door het cervicale kanaal niet gemakkelijk gaat, mag het product niet worden geforceerd en moet de mogelijkheid op pathologische cervicale stenosis overwogen worden.

De Emtrac A mag enkel gebruikt worden door professionele, medische zorgverleners.

Neveneffecten:

Er werden geen neveneffecten gerapporteerd gerelateerd aan het gebruik van de Emtrac A.

Niettemin kunnen milde krampen voorkomen, zoals bij het gebruik van elk instrument dat doorheen de interne cervicale os ingebracht wordt. De gebruiksaanwijzing dient in elk geval gevuld worden; neem nota van de contra-indicaties, de waarschuwingen en de voorzorgsmaatregelen.



Geproduceerd door:
Gynetics Medical Products NV
Rembert Dodoensstraat 51,
3920 Lommel, Belgium

Identificatie:

Artikelnummer: #4219 Emtrac A

Verpakkingswijze:

5 dozen van 25 individueel, steriel verpakte wegwerpartikelen

Gebruiksaanwijzing:

1. Maak de uteiene cervix zichtbaar met een vaginale speculum, terwijl de patiënt in de dorsale, lithotomie positie ligt.
2. Plaats de positioner zoals vastgesteld in voorafgaand onderzoek.
3. Plaats de embryo's in de #4219 Emtrac A gebruikmakend van uw standaard protocol.
4. Schuif de catheter voorzichtig in de externe cervicale os (m.b.v. de diepte en richting van de baarmoeder van de patiënt die eerder vastgesteld werden) doorheen het cervicale kanaal in de baarmoederholte, totdat weerstand gevoeld wordt. De distale tip van de catheter zou nu ter hoogte van de fundus van de uterus moeten zitten. Trek dan de catheter ongeveer 1.0cm terug volgens de instructies. Roteer de catheter voorzichtig om evt. overtollig mucus van de tip van de catheter te verwijderen.

Opgelet: In geval van moeilijkheden bij het inbrengen of indien ombuiging van de catheter voorkomt, dient de catheter voorzichtig geroteerd te worden, terwijl deze verder vooruitgeschoven wordt naar de baarmoeder. Indien er een significante antroversie of retroversie van de baarmoeder aanwezig is, kan het aangewezen zijn om zachte tractie uit te oefenen op de cervix met een tenaculum, om een volledige insertie te bekomen. In geen enkel geval mag kracht uitgevoerd worden tegen gevoelde weerstand om volledige insertie alsnog te tot stand te brengen.

5. Laat de embryo's langzaam vrij in de baarmoeder.
6. Trek de catheter langzaam terug uit de baarmoeder na de volledige expulsie van de embryo's en w提醒. Verwijder het speculum en gun de patiënt rust.
7. Inspecteer de Emtrac A om de expulsie van de embryo's te verifiëren, eenmaal de catheter verwijderd is bij de patiënt.
8. Wegwerpen na gebruik.

#4219 EMTRAC A

Cateter de Transferência de Embriões
#4219 Emtrac A



STERILE **R**

0120

Informação importante do produto, ler com atenção antes da utilização

**Descartável – descartar após uma única utilização.
A sua reutilização pode causar doenças sexualmente transmissíveis**

Atenção: as leis federais (EUA) restringem a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem destes.

Estéril: exceto se a embalagem estiver danificada ou aberta

Uso Indicado:

Introdução de embriões na cavidade uterina.

Contraindicações:

Não utilizar na presença de infecção cervical.

Não utilizar na presença ou após doença pélvica inflamatória recente.

Não utilizar em procedimentos intrafallopianos.

**Advertências:**

Se a embalagem estiver danificada ou aberta o produto não está estéril, eliminar imediatamente.

Precauções:

Devido à sua flexibilidade e ao seu pequeno diâmetro, o #4219 Emtrac A pode ser introduzido no útero com risco mínimo de perfuração da parede uterina. No entanto, devem ser tomadas precauções previamente à sua inserção, de modo a determinar a profundidade do útero e qualquer anteversão ou retroversão uterina da paciente. (Isto deve ser feito, preferencialmente, num exame prévio e não no dia da inseminação artificial, em que a manipulação do útero deve ser evitada).

Em caso algum, a introdução do dispositivo deve ser forçada no caso de se sentir resistência.

Se a passagem do #4219 Emtrac A através do canal cervical não for facilmente exequível, o dispositivo não deve ser forçado e a possibilidade da presença de uma estenose cervical patológica deve ser considerada.

O Emtrac A deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde.

Efeitos Adversos:

Não foram reportados quaisquer efeitos adversos associados ao uso do #4219 Emtrac A. No entanto, como com qualquer dispositivo que passa através do orifício cervical interno, podem surgir cólicas ligeiras. Em todo o caso, as instruções de utilização devem ser observadas, tendo em conta as contraindicações, advertências e precauções.

**Fabricado por:**

Gynetics Medical Products N.V.,
Rembert Dodoensstraat 51,
3920 Lommel, Belgium

Âmbito de Fornecimento:

Número de produto:
#4219 Emtrac A.

Embalagem:

3 caixas de 25 embalagens estéreis individuais de dispositivos descartáveis.

Instruções de utilização:

1. Com a paciente na posição de litotomia dorsal expor o colo do útero com um espéculo vaginal para sua visualização.
2. Ajustar o posicionador de acordo com a medição anteriormente efetuada.
3. Carregar o(s) embrião(ões) no #4219 Emtrac A seguindo o protocolo padrão estipulado.
4. Tendo determinado previamente a profundidade e direção do útero da paciente, avançar suavemente o cateter pelo orifício cervical externo e avançar através do canal cervical para a cavidade uterina, até sentir resistência. A ponta distal do cateter deve então estar localizada no fundo uterino. Recuar o cateter aproximadamente 1,0 cm, seguindo as guias. Rodar suavemente o cateter de modo a remover qualquer excesso de muco da ponta.

Nota: No caso de qualquer dificuldade na inserção ou se o cateter dobrar, rodar suavemente o cateter enquanto o aproxima do colo. Se o colo está significativamente fletido anterior ou posteriormente, pode ser necessária uma leve tração no colo com uma pinça, de modo a conseguir a inserção completa. Em caso algum, a inserção deve ser forçada na presença de resistência.

5. Libertar lentamente os embriões no útero.
6. Após a completa expulsão dos embriões, retirar o cateter lentamente do útero. Retirar o espéculo e deixar a paciente descansar.
7. Uma vez removido o cateter da paciente, inspecionar o #4219 Emtrac A para verificar a libertação dos embriões.
8. Eliminar após utilização.